

2022年10月3日



パッケージ誤記訂正のお知らせとお詫び

銀パラジウム合金「Pキャスト2」のパッケージに下記のとおり誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。

今後とも安全で安心していただける製品をお届けする所存でございます。引き続き倍旧のご愛顧を賜りたく、お願い申し上げます。

記

(1) 対象製品

Pキャスト2（歯科鑄造用合金）

(2) 誤記内容

パッケージ表面

(誤) SOLIDUS POINT : 905°C

(正) SOLIDUS POINT : 950°C



電子添文やカタログ等に記載の「固相点」は 950°Cです。記載に誤りはありません。

以上