

2025 年 7 月 28 日



シリンジラベル誤表示のお詫びと製品回収のお願い

歯科充填用コンポジットレジン「ア・ウーノ」のシリンジラベルに、下記のとおり表示に誤りがあることが判明いたしました。製品の品質には問題ございませんが、当該ロットにつきまして回収・交換させていただくことといたしました。

皆様に多大なご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫びいたしますとともに、事情ご賢察のうえ、製品の回収・交換にご協力賜りたくお願い申し上げます。

記

1. 一般的名称および販売名

一般的名称 : 歯科充填用コンポジットレジン
販売名 : ア・ウーノ (フローSt ベーシック)

2. 対象ロット、出荷数量および出荷時期

ロット番号 : 31012528・31012515
出荷数量 : 合計 1,980 個
出荷時期 : 2025 年 5 月 8 日～2025 年 7 月 17 日

3. 回収理由

製品シリンジ (一次包装) に貼付しているラベルの「ロット番号」「使用期限」と「図記号」が相違しているものが、当該ロットの多くにあることがわかりました (別紙参照)。

外箱 (二次包装) には正しく表示されていることや、「図記号」とは異なるものの一見して「ロット番号」「使用期限」と判別可能であることから、健康被害が発生する可能性はないと存じますが、万全を期して該当製品を回収させていただきます。

なお、製品そのものの品質や安全性には問題ございません。

※ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

以上

(別紙)

- (1) 製品シリンジ（一次包装）のラベルについて
ア・ウーノ フローSt ベーシック（例：ロット番号 31012528）



図記号		誤	正
使用期限		31012528 (または) 31012515	(いずれも) 2030-01
ロット番号		2030-01	31012528 (または) 31012515

- (2) 「3本パック」に付与したロット番号について
回収対象の製品が含まれる「3本パック」に付与したロット番号は、上記の製品ロット番号とは異なります。
「3本パック」の回収対象は、ご購入のお客様に弊社営業担当者、または販売店からお知らせいたします。